

# Alkotest

DESECHABLE/CERTIFICADO



Nivel de Alcohol en aire espirado

0,03 mg/l      0,25 mg/L

Para leer bien el resultado siempre mire los cristales más oscuros.

Nivel de alcohol en Aire espirado máximo permitido 0.25 mg/L

Conductores noveles y profesionales 0,15 mg/L

**Para un resultado correcto esperar 10 minutos después de haber bebido.**



1-Retirar los tapones de seguridad



2-Soplar de una sola vez



3-Esperar dos minutos para el resultado.

**Estos alcoholímetros dan un resultado orientativo sobre el nivel de alcohol en el cuerpo, el fabricante, el representante y cualquier intermediario en la comercialización de este producto, se eximen de toda responsabilidad derivada del resultado, siendo el conductor el único responsable de sus actos.**

# Alkotest

Representación en España:

*J.S.R. Vending-cat 2005 S.L*

Email: [j.s.r.vending@telefonica.net](mailto:j.s.r.vending@telefonica.net)

[www.jsrvending.com](http://www.jsrvending.com)

C.Anoia 15

08297 Castellgali

Barcelona (Spain)